

定量檢驗量測不確定度一覽表

組別： 生化 *DXC900*

年度： 115

資料期間： 114/10/1~12/31

製表人/日期： 邱淑雯

項目	報告單位	濃度(L1)			濃度(L2)			濃度(L3)			目標量測不確定度	目標來源	判定
		濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)	濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)	濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)			
ALB	g/dL	4.4	0.6	1.2				3.1	0.6	1.3	1.6	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
ALP	U/L	34.8	5.7	11.4				350.8	1.1	2.3	6.6	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
ALT	U/L	33.2	1.7	3.4				191.5	1.2	2.4	9.7	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
AMY	U/L	69.9	0.9	1.8				373.8	1.0	2.1	4.4	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
AST	U/L	38.7	1.9	3.9				223.7	0.6	1.3	6.2	A	<input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格
BIL-D	mg/dL	0.4	4.2	8.4				3.8	2.3	4.7	6.6	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
BIL-T	mg/dL	0.8	2.2	4.4				6.5	1.5	3.1	6.6	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
BUN	mg/dL	15.2	1.9	3.8				63.8	1.9	3.7	4.3	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
CA	mg/dL	6.6	0.9	1.7				12.0	0.7	1.5	1.1	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
CHO	mg/dL	201.9	0.6	1.2				59.9	0.8	1.6	3.0	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
CL	mmol/L	105.5	0.3	0.7				89.2	0.4	0.7	1.7	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
CPK	U/L	73.8	1.6	3.2				624.7	0.9	1.7	11.4	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
CREAJ	mg/dL	0.9	1.9	3.9				6.9	1.0	2.1	3.0	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
GGT	U/L	24.2	1.0	2.1				106.9	0.7	1.3	6.7	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

A. 評估CVi x 0.5 ; B. 評估TEa x 1/3 ; C. 參考試劑說明書性能規格，自訂允收標準
擴充不確定度 % = 2 x 相對標準不確定度CV(%) 實驗室主管：

LAB-QR-7.3-2-01(原1)

定量檢驗量測不確定度一覽表

組別： 生化 *PxLJ*

年度： 115

資料期間：114/10/1~12/31

製表人/日期： 邱淑雯

項目	報告單位	濃度(L1)			濃度(L2)			濃度(L3)			目標量測不確定度	目標來源	判定
		濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)	濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)	濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)			
GLU	mg/dL	61.6	1.3	2.5				346.9	0.5	1.1	2.8	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
HDL	mg/dL	44.0	2.2	4.4				17.9	4.6	9.3	3.7	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
IRON	ug/dL	290.4	1.5	2.9				87.0	4.3	8.5	6.6	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
K	mmol/L	2.6	0.6	1.2				6.0	0.3	0.7	2.3	A	<input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格
LACT	mmol/L	1.1	1.3	2.5				6.4	1.1	2.3	8.3	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
LDH	U/L	71.5	1.6	3.2				288.9	1.2	2.5	4.3	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
LDL	mg/dL	86.8	1.8	3.6				33.2	1.3	2.6	3.9	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
LIPASE	U/L	40.0	2.5	5.0				85.4	2.1	4.3	16.1	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
MG	mg/dL	1.1	2.1	4.3				4.4	0.9	1.8	5.0	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
NA	mmol/L	145.3	0.3	0.6				113.1	0.4	0.8	1.7	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
P	mg/dL	2.7	2.6	5.2				7.8	1.4	2.8	4.1	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
TG	mg/dL	247.8	0.8	1.6				112.4	1.5	2.9	5.0	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
TP	g/dL	7.2	0.7	1.3				4.2	0.8	1.7	1.4	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
UA	mg/dL	3.3	1.0	2.0				10.7	0.9	1.8	4.3	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

A. 評估CVi x 0.5 ; B. 評估TEa x 1/3 ; C. 參考試劑說明書性能規格，自訂允收標準

擴充不確定度 % = 2 x 相對標準不確定度CV(%) 實驗室主管：

國軍桃園總醫院新竹分院
民診處醫檢師 張雅琪

LAB-QR-7.3-2-01(原1)

定量檢驗量測不確定度一覽表

組別: 生化 *DAC900* 年度: 114 資料期間: 114/10/1~12/31 製表人/日期: 邱淑雯

項目	報告單位	濃度(L1)			濃度(L2)			濃度(L3)			目標量測不確定度	目標來源	判定	
		濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)	濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)	濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)				
UIBC	ug/dL	232.8	1.6	3.1				111.3	2.7	5.4	13.3	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
BUN-U	mg/24hrs	435.3	1.7	3.4	702.9	1.7	3.4				8.7	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
CA-U	mg/24hrs	7.4	0.8	1.7	10.9	0.7	1.4				13.1	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
CL-U	mmol/24hrs	94.8	0.5	1.0	193.7	0.4	0.8				7.5	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
CREAJ-U	mg/dL	62.1	1.2	2.5	131.6	1.2	2.4				5.0	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
GLU-U	g/24hrs	29.1	1.5	3.0	283.4	0.9	1.7				3.3	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
K-U	mmol/24hrs	31.0	1.1	2.3	71.1	1.3	2.7				12.2	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
MALB-U	mg/L	33.6	3.9	7.8	94.5	2.5	5.1				8.3	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
MG-U	mg/24hrs	4.0	1.0	2.1	8.7	0.9	1.9				19.2	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
NA-U	mmol/24hrs	80.5	0.5	1.1	171.2	0.4	0.8				14.4	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
P-U	mg/24hrs	26.1	2.3	4.5	50.9	1.1	2.2				9.0	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
TPU-U	mg/24hrs	22.5	2.2	4.5	63.4	1.5	3.0				17.8	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
UA-U	mg/24hrs	14.9	1.1	2.1	23.8	0.8	1.7				8.4	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

A. 評估CVi x 0.5 ; B. 評估TEa x 1/3 ; C. 參考試劑說明書性能規格，自訂允收標準

擴充不確定度 % = 2 x 相對標準不確定度CV(%) 實驗室主管:

國家高雄師範大學醫院新竹分院 檢驗科
 民診處醫檢師 張雅琪


定量檢驗量測不確定度一覽表

組別: 生化 *D490* 年度: 114 資料期間: 114/10/1~12/31 製表人/日期: 邱淑雯

項目	報告單位	濃度(L1)			濃度(L2)			濃度(L3)			目標量測不確定度	目標來源	判定
		濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)	濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)	濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)			
VPA	ug/dl	22.17	6.4	12.8	58.4	3.1	6.2	116.5	2	4.0	10.0	C	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
CRP	mg/dL	1.27	0.9	1.8	2.42	1.0	2.0				21.1	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
HSCRP	mg/dL	0.109	2.4	4.8	0.158	1.8	3.6				24.9	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
AMM	µg/dL	68.0	5.8	11.6	281.9	2.9	5.8				12.4	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
ALCOHOL	mg/dL	40.6	2.9	5.8	147.8	1.9	3.8				6.6	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
OPI	ng/mL	146.6	6.3	12.6	384.7	3.7	7.4				6.6	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
AMP	ng/mL	317.8	4.2	8.4	596.10	2.9	5.8				6.6	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
GLUC	mg/dL	57.6	1.4	2.8	33.61	2.0	4.0				3.3	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
TPUC	mg/dL	32.7	1.5	3.0	77.36	1.6	3.2				6.6	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
HBA1C	%	5.71	0.8	1.6	8.43	0.8	1.6				2.7	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
NT-proBNP	pg/ml	131.6	3.8	7.6	491.2	2.8	5.6	5013.6	2.6	5.2	10.0	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
PCT	ng/ml	0.198	2.6	5.2	1.964	2.2	4.4	69.2	3.3	6.6	10.0	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
CKMB	ng/ml	4.1	4.7	9.4	12.1	4.6	9.2	33.8	4.7	9.4	8.3	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
HS-TropI	ng/L	15.7	6.5	13.0	57.7	5.7	11.4	944.4	5.1	10.2	10.0	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

A. 評估CVi x 0.5 ; B. 評估TEa x 1/3 ; C. 參考試劑說明書性能規格, 自訂允收標準

擴充不確定度 % = 2 x 相對標準不確定度CV(%) 實驗室主管:



 國軍桃園總醫院新竹分院
 民診處醫檢師 張雅琪

定量檢驗量測不確定度一覽表

組別： 生化AU480

年度： 115

資料期間：114/10/1~12/31

製表人/日期：

邱淑雯

項目	報告單位	濃度(L1)			濃度(L2)			濃度(L3)			目標量測不確定度	目標來源	判定
		濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)	濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)	濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)			
ALT	U/L	33.2	2.1	4.3				191.5	1.2	2.4	9.7	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
AMY	U/L	69.9	1.5	3.0				373.8	1.5	2.9	4.4	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
AST	U/L	38.7	2.2	4.3				223.7	0.9	1.8	6.2	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
BUN	mg/dL	15.2	2.3	4.7				63.8	1.8	3.7	4.3	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
CL	mmol/L	105.5	0.9	1.7				89.2	0.7	1.3	1.7	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
CPK	U/L	73.8	1.4	2.7				624.7	1.2	2.4	11.4	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
CREAJ	mg/dL	0.9	2.0	4.0				6.9	1.2	2.4	3.0	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
GLU	mg/dL	61.6	1.6	3.2				346.9	1.4	2.8	2.8	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
K	mmol/L	2.6	0.9	1.8				6.0	0.6	1.2	2.3	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
LAC	mmol/L	1.1	1.9	3.8				6.4	1.7	3.4	8.3	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
LIPASE	U/L	40.0	2.2	4.5				85.4	2.6	5.3	16.1	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
NA	mmol/L	145.3	0.6	1.3				113.1	0.7	1.3	1.7	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
BIL-D	mg/dL	0.4	4.7	9.5				3.8	2.6	5.1	6.6	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
BIL-T	mg/dL	0.8	2.1	4.3				6.5	1.7	3.4	6.6	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

A. 評估CVi x 0.5 ; B. 評估TEa x 1/3 ; C. 參考試劑說明書性能規格，自訂允收標準

擴充不確定度 % = 2 x 相對標準不確定度CV(%) 實驗室主管：



LAB-QR-7.3-2-01(原1)

定量檢驗量測不確定度一覽表

組別： 生化AU480

年度： 115

資料期間： 114/10/1~12/31

製表人/日期：

邱淑雯

項目	報告單位	濃度(L1)			濃度(L2)			濃度(L3)			目標量測不確定度	目標來源	判定	
		濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)	濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)	濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)				
GGT	U/L	24.2	1.2	2.4				106.9	0.72	1.4	6.7	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
CRP	mg/dL	1.27	1.4	2.8	2.4	1.5	3.0				21.1	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
HSCRIP	mg/dL	0.109	1.7	3.4	0.2	2.6	5.2				24.9	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

A. 評估CVi x 0.5 ; B. 評估TEa x 1/3 ; C. 參考試劑說明書性能規格，自訂允收標準

擴充不確定度 % = 2 x 相對標準不確定度CV(%) 實驗室主管：

國軍桃園總醫院新竹分院
 民診處醫檢師 張雅琪


定量檢驗量測不確定度一覽表

組別： 血液 年度： 114 資料期間： 114.12.01-114.12.31 製表人/日期： 鄭奇宇/ 115.01.15

項目	報告單位	濃度(L1)			濃度(L2)			濃度(L3)			目標量測不確定度	目標來源	判定
		濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)	濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)	濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)			
WBC	10 ³ μL	2.96	2.3	4.6	7.060	1.5	3.0	16.34	1.0	2.1	3.3	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
RBC	10 ⁶ μL	2.31	1.0	1.9	4.38	1.0	2.1	4.99	0.9	1.7	1.4	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
Hb	mg/dL	5.3	1.1	2.3	12.70	0.5	1.1	14.6	0.6	1.2	1.4	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
HCT	%	16.2	1.9	3.9	36.60	1.4	2.8	42.3	1.4	2.8	2.6	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
MCV	fL	70.3	1.3	2.5	83.6	0.7	1.4	84.8	0.7	1.4	3.3	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
MCH	pg	22.8	1.4	2.8	29.0	1.3	2.5	29.4	1.3	2.5	3.0	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
MCHC	g/dL	32.5	2.1	4.2	34.7	1.5	3.0	34.6	1.7	3.3	2.3	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
PLT	10 ³ μL	83	4.1	8.2	227	2.4	4.7	516	2.1	4.2	8.3	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
RDW-CV	%	18.9	0.9	1.9	14.9	0.6	1.1	14.93	0.6	1.3	1.5	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
Neutro	%	39.4	2.3	4.7	43.1	2.3	4.6	47.33	2.0	4.0	5.1	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
Lympho	%	33.9	3.8	7.6	30.0	3.7	7.4	25.12	2.7	5.4	5.1	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
Mono	%	12.2	8.3	16.5	12.1	8.2	16.5	11.15	6.5	13.1	8.8	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
Eosin	%	9.7	7.6	15.2	10.1	6.7	13.3	11.47	7.0	14.0	10.5	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
Basophil	%	4.8	3.9	7.8	4.8	3.2	6.3	4.93	2.4	4.8	6.4	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
NRBC	%	5.5	9.9	19.8	6.0	6.5	13.0	6.67	5.1	10.1	12.4	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

A. 評估CVi x 0.5 ; B. 評估TEa x 1/3 ; C. 參考試劑說明書性能規格，自訂允收標準

擴充不確定度 % = 2 x 相對標準不確定度CV(%) 實驗室主管：



 張雅琪

定量檢驗量測不確定度一覽表


組別： 尿液組 年度： 114 資料期間： 114/08~114/12 製表人/日期： 劉琪琦



項目	報告單位	濃度(L1)			濃度(L2)			濃度(L3)			目標量測不確定度	目標來源	判定	
		濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)	濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)	濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)				
RBC	HPH	38.45	4.9	9.9	199.32	2.6	5.2				20.0	C	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
WBC	HPF	41.1	6.3	12.6	817.7	1.7	3.5				20.0	C	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
EC	HPF	9.38	11.8	23.5	79.13	5.7	11.3				60.0	C	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
CAST	LPF	4.58	15.3	30.6	20.37	7.8	15.6				80.0	C	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
BACT	HPF	178.25	7.1	14.2	786.53	3.6	7.1				20.0	C	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
SG		1.010	0.03	0.06	1.024	0.04	0.08				10.0	C	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
PH		5.0	1.7	3.4	8.5	1.0	2.1				10.0	C	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

A. 評估CVi x 0.5 ; B. 評估TEa x 1/3 ; C. 參考試劑說明書性能規格，自訂允收標準

擴充不確定度 % = 2 x 相對標準不確定度CV(%) 實驗室主管：




定量檢驗量測不確定度一覽表

組別: 面清

年度: 115

資料期間: 1140620-1141231


製表人/日期:



項目	報告單位	濃度(L1)			濃度(L2)			濃度(L3)			目標量測不確定度	目標來源	判定	
		濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)	濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)	濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)				
T3	ng/ml	1.6	2.6	5.2	3.5	2.4	4.8				10.0	B	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
FT4	ng/dl	1.3	1.9	3.9	3.0	2.3	4.5				5.0	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
TSH	μIU/ml	1.4	2.9	5.8	8.1	3.2	6.3				14.7	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
β-HCG	mIU/ml	11.0	3.1	6.2	914.9	3.0	5.9				6.0	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
AFP	ng/ml	8.6	3.9	7.7	98.2	4.4	8.7				6.1	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
CEA	ng/ml	5.2	2.9	5.8	46.4	3.7	7.4				6.4	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
CA125	U/ml	33.5	2.4	4.8	94.8	3.1	6.2				12.4	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
CA199	U/ml	21.3	3.2	6.4	104.0	3.4	6.7				8.0	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
PSA	ng/ml	4.1	2.9	5.7	38.4	3.5	6.9				9.1	A	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

A. 評估CVi x 0.5 ; B. 評估TEa x 1/3 ; C. 參考試劑說明書性能規格, 自訂允收標準

擴充不確定度 % = 2 x 相對標準不確定度CV(%) 實驗室主管:



定量檢驗量測不確定度一覽表

組別: 血清

年度: 115

資料期間: 1140620 - 1141231

製表人/日期:

國軍桃園總醫院新竹分院
 民診處醫師 徐禎憶
 11501201520

項目	報告單位	濃度(L1)			濃度(L2)			濃度(L3)			目標量測不確定度	目標來源	判定	
		濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)	濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)	濃度(期間 Assign mean)	相對標準不確定度 CV(%)	擴充不確定度 (%)				
Rubella IgG	IU/mL	2.8	6.7	13.4	52.8	6.5	13.0				53.0	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
HBeAg	COI	0.1	4.5	9.1	18.8	2.6	5.2				53.0	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
HCV	COI	0.05	9.0	18.0	4.0	5.8	11.7				53.0	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
Anti-HBs	IU/L	2.0	0.0	0.0	104.9	7.8	15.7				53.0	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
HBsAg	COI	0.4	14.9	29.9	4.2	3.4	6.8				53.0	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
HAV	COI	1.3	1.6	3.1	0.4	3.0	5.9				53.0	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
HAV IgM	COI	0.3	2.8	5.6	2.4	5.1	10.2				53.0	B	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
														<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格

A. 評估CVi x 0.5 ; B. 評估TEa x 1/3 ; C. 參考試劑說明書性能規格, 自訂允收標準

擴充不確定度 % = 2 x 相對標準不確定度CV(%) 實驗室主管:

國軍桃園總醫院新竹分院
 病理檢驗科技術長 張雅琪