

生物參考區間、臨床決策界限、AMR、CRR一覽表

檢驗項目	單位	生物參考區間	依據/來源	可分析範圍AMR	可報告範圍CRR	一致性審查
Albumin	g/dL	3.5-5.2	原廠	1.5-6.0	1.5-18.0	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Alkaline Phosphatase	U/L	Male: 43 - 115 Female: 33 - 98	原廠	5-1500	5-15000	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
ALT/GPT	U/L	Male: <50 Female: <35	原廠	3-500	3-5000	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Amylase	U/L	22-80	原廠	10-2000	10-20000	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
AST/GOP	U/L	Male: <50 Female: <35	原廠	3-1000	3-10000	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
AmmoniaNH3	ug/dL	31 - 122	原廠	17-1020	17-1020	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
BUN	mg/dL	血液:6 - 20	原廠	2-130	2-390	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
	g/24hrs	尿液:7-16 隨機尿液未提供		20-1300	20-3250	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Calcium	mg/dL	血液:8.6-10.3	原廠	4.0-18.0	4.0-54.0	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
	mg/24hrs	尿液: 100 - 300 隨機尿液未提供		0.1-40.0	0.1-120.0	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Chloride	mmol/L	血液:101-109	原廠	50-200	50-200	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
	mmol/24hrs	尿液: 110-250 隨機尿液未提供		15-400	15-400	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Cholesterol	mg/dL	<200	國民健康署	25-700	25-2100	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
CK	U/L	Male: 20 - 200 Female: 20 - 180	原廠	10-2000	10-20000	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
CRP	mg/dL	<0.5	桃總	0.1-48.0	0.1-144.0	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP

生物參考區間、臨床決策界限、AMR、CRR一覽表

檢驗項目	單位	生物參考區間	依據/來源	可分析範圍AMR	可報告範圍CRR	一致性審查
Creatinine	mg/dL	M:0.7-1.2 F:0.5-0.9	三總	0.2-25.0	0.2-75	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
	mg/24hrs	M尿液24hr:950-2490 F尿液24hr:600-1800 隨機尿液未提供	大安聯合	1-300	1-900	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Direct-Bilirubin	mg/dL	≤ 0.2	原廠	0.0-10.0	0.0-10.0	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
ETOH	mg/dL	依道路交通安全		5-600	5-600	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
r-GT	U/L	9~64	原廠	3-1200	3-12000	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Glucose 臨床決策值 糖尿病的定義：1.空腹血漿葡萄糖≥126 mg/dL。2.口服葡萄糖耐受試驗第2小時血漿葡萄糖≥200 mg/dL。3.口服葡萄糖耐受試驗第2小時血漿葡萄糖≥200 mg/dL。4.高血糖症狀包括多尿、頻渴和體重減輕且隨機血漿葡萄糖≥200 mg/dL。中華民國糖尿病協會2018糖尿病臨床照護指引	mg/ dL	飯前:74~100	三總	10-800	10-2400	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
		飯後:70-140	義大			<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
		新生兒:36~99	原廠			<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
		孕婦75g OGTT 空腹:≤92 OGTT第一小時:≤180 OGTT第二小時:≤153	國民健康署			<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
		75g口服葡萄糖耐量試驗:空腹:74-100 30分鐘:110-170 60分鐘:120-170 90分鐘:100-140 120分鐘:70-140	三總/ 義大			<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
		CSF:40-70成人 CSF:60-80 小孩	原廠			<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
		尿液24hr:<0.5 g/24hrs 隨機尿液未提供	大安聯合			10-700
HDL	mg/dL	M : > 40 F : > 50	國民健康署	2.5-200	2.5-600	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
High sensitive C-reactive protein	mg/dL	low risk : < 0.10 average risk : 0.10-0.30 high risk : > 0.30	原廠	0.02-8.0	0.1-24.0	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP

生物參考區間、臨床決策界限、AMR、CRR一覽表

檢驗項目	單位	生物參考區間	依據/來源	可分析範圍AMR	可報告範圍CRR	一致性審查
Iron (Fe)	µg /dL	Male: 70 - 180 Female: 60 - 180	原廠	10-1000	10-1000	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
UIBC	µg /dL	Male: 134 - 381 Female: 151 - 420	原廠	55-450	55-450	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
TIBC	µg /dL	Male: 225- 535 Female: 215 - 535	原廠	NA	NA	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
K	mmol/L	血液:3.5-5.1	原廠	1.0-10.0	1.0-10.0	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
	mmol/24hrs	尿液：25-125		2.0-200	2.0-200	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Lactate	mmol/L	0.5~2.2	原廠	0.22-9.99	0.22-29.97	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
LDH	U/L	Male adult: <248 Female adult: <247	原廠	25-1200	25-12000	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
LDL	mg/dL	<130	國民健康署	7-400	7-1200	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
LIPASE	U/L	3 - 73	原廠	3-600	3-6000	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Microalbumin	mg/L	Random Urine : < 20	聯合	7-450	7-4500	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Mg	mg/dL	血液: 1.82 - 2.93	原廠	0.5-8.0	0.5-8.0	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
	mg/24hrs	尿液：24 - 255 隨機尿液未提供	原廠	0.5-10.0	0.5-10.0	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Na	mmol/L	血液:136-146	原廠	50-200	50-200	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
	mmol/24hrs	尿液:40-220 隨機尿液未提供		10-400	10-400	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP

生物參考區間、臨床決策界限、AMR、CRR一覽表

檢驗項目	單位	生物參考區間	依據/來源	可分析範圍AMR	可報告範圍CRR	一致性審查
P	mg/dL	血液:2.5 - 4.5	原廠	1.0-20.0	1.0-60.0	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
	g/24hrs	尿液:0.3-1.3 隨機尿液未提供	原廠	10.0-200	10-500	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Total-Bilirubin	mg/dL	0.3 - 1.2	原廠	0.0-30.0	0.0-30.0	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Urine proteinTPU	mg/dL	Random urine:1-14	大安聯合	4-200	4-200	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
	mg/24hrs	尿液24hr: 50 ~ 80	原廠			<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
CSF protein	mg/dL	CSF : 15-45	原廠	4-200	4-200	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
TG	mg/dL	<150	國民健康署	10-1000	10-3000	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
TP	g/dL	6.0 - 8.3	原廠	3.0-12	3.0-36.0	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Uric acid	mg/dL	Male: 3.5 - 7.2 Female: 2.6 - 6.0	原廠	1.5-30.0	1.5-90.0	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
	mg/24 hrs	M尿液 : 250-800 F尿液 : 250-750 隨機尿液未提供	原廠	1-100	1-300	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Valproic acid	µg /dL	50-100 治療範圍	原廠	12-150	12-150	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
AMP	ng/mL	< 500 Negative	原廠	0-500	0->500	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
OPI	ng/mL	<300 Negative	原廠	0-300	0->300	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
CK-MBmass	ng/mL	F : < 3.1 M : < 5.2	原廠	1.0-300	1.0-600	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Hs-Troponin I	pg/mL	F: ≤ 15.6 M: ≤ 34.2	原廠	10-50,000	10-50,000	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP

生物參考區間、臨床決策界限、AMR、CRR一覽表

檢驗項目	單位	生物參考區間	依據/來源	可分析範圍AMR	可報告範圍CRR	一致性審查
NT-proBNP	pg/mL	<75歲<125 ≥75歲<450	原廠	8.3 - 35,000	8.3 - 70000	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Procalcitonin	ng/mL	≤0.07	原廠	0.02 -100	0.02 -1000	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
D-Dimer	ng/mLFEU	0~500	原廠	45-10000	45-10000	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
HBA1C 臨床決策界線: 糖尿病的定義:<5.7%: 正常;5.7-6.4%:懷疑糖 尿病前期、高風險群; ≥6.5%:糖尿病確診 (HBA1C美國糖尿病學會 臨床治療指引)	%	5.7	HBA1C美 國糖尿病 學會臨床 治療指引	3.0-20.0	3.0-20.0	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP

超出可報告範圍，必要時可與臨床醫師溝通，依討論結果處理，並於LIS備註欄呈現溝通內容

品質主管:



實驗室主管:




生物參考區間、臨床決策界限、AMR、CRR一覽表


檢驗項目	單位	生物參考區間	依據/來源	可分析範圍 (AMR)	可報告範圍 (CRR)	一致性審查
AFP	ng/mL	≤7.0	原廠	0.908-1210	<0.908-> 60500	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
CEA	ng/mL	Non-smokers <5.0 Smokers <6.5	原廠	0.300-1000	<0.300-> 50000	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Anti-HBs	IU/L	Nonreactive <10.0	原廠	2.00-1000	< 2.0- >100000	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
		Reactive ≥ 10.0	原廠			
Anti-HCV	COI	Nonreactive <0.9	原廠	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
		borderline ≥0.9 to <1	原廠			
		Reactive ≥1.0	原廠			
Anti-HAV IgM	COI	Nonreactive<1.0	原廠	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
		Reactive ≥ 1.0	原廠			
B-HCG	mIU/mL	男性:<2	原廠	0.2-10000	<0.2-> 1000000	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
		女性:健康、非懷孕、停經前≤1；健康、停經後≤7	原廠			
CA125	U/mL	<35	原廠	0.6-5000	<0.6->25000	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
CA199	U/mL	<34	原廠	2-1000	<2-> 10000	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
FT4	ng/dL	0.92-1.68	原廠	<0.04-7.77	<0.04->7.77	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
HAV Ab	COI	Nonreactive >1.0	原廠	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
		Reactive ≤ 1.0	原廠			
HBsAg	COI	Nonreactive <0.9	原廠	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
		borderline ≥0.9 to <1	原廠			
		Reactive ≥1.0	原廠			
HBeAg	COI	Nonreactive < 1.0	原廠	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
		Reactive ≥ 1.0	原廠	N/A	N/A	

生物參考區間、臨床決策界限、AMR、CRR一覽表

檢驗項目	單位	生物參考區間	依據/來源	可分析範圍 (AMR)	可報告範圍 (CRR)	一致性審查
HIV	COI	Nonreactive < 1.0	原廠	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
		Reactive ≥ 1.0	原廠			
PSA	ng/mL	<4.0	原廠	0.006-100	<0.006->5000	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Rubella IgG	IU/mL	Nonreactive < 10	原廠	0.21-500	<0.21 - > 10000	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
		Reactive ≥ 10	原廠			
T3	ng/mL	0.8-2.0	原廠	0.195-6.51	<0.195->6.51	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
TSH	μIU/mL	0.27-4.2	原廠	0.005-100	<0.005-> 1000.0	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
RPR	N/A	Non-reactive	原廠	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP

超出可報告範圍，必要時可與臨床醫師溝通，依討論結果處理，並於LIS備註欄呈現溝通內容

品質主管: 

實驗室主管: 


生物參考區間、臨床決策界限、AMR、CRR一覽表


檢驗項目	單位	生物參考區間	依據/來源	可分析範圍(AMR)	可報告範圍(CRR)	一致性審查
WBC	10 ³ /uL	3.25~9.16	(台大醫學中心)	0.00-440	0.01-440	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
RBC	10 ⁶ /uL	M: 4.21~5.9	(台大醫學中心)	0.00-8.60	0.01-8.60	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
		F: 3.78~5.25				
Hemoglobin 臨床決策界線: 第二孕期血色素 <10.5 g/dL (懷孕婦女貧血臨床指引)	g/dL	M: 13.1~17.2	(台大醫學中心)	0.0-26.0	0.1-26.0	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
		F: 11.0~15.2				
Hematocrit	%	M: 39.6~51.5	(台大醫學中心)	0.0-75.0	0.1-75.0	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
		F: 34.8~46.3				
MCV	fL	80.9-99.3	(台大醫學中心)	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
MCH	pg	25.5~33.2	(台大醫學中心)	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
MCHC	g/dL	31.0~34.9	(台大醫學中心)	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Platelet	10 ³ /uL	150~378	(台大醫學中心)	0-5000	1-5000	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
RDW-CV	%	11.6-15.0	(台大醫學中心)	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
NRBC	%	0-2	(原廠)	0.0-600.0	0.0-600.0	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Neutrophil	%	41.6~74.4	(台大醫學中心)	0.0-100	0.0-100	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Lymphocyte	%	18.0-48.8	(台大醫學中心)	0.0-100	0.0-100	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Monocyte	%	3.3-8.9	(台大醫學中心)	0.0-100	0.0-100	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Eosinophil	%	0.3-7.9	(台大醫學中心)	0.0-100	0.0-100	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Basophil	%	0.2-1.6	(台大醫學中心)	0.0-100	0.0-100	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP

生物參考區間、臨床決策界限、AMR、CRR一覽表

檢驗項目	單位	生物參考區間	依據/來源	可分析範圍(AMR)	可報告範圍(CRR)	一致性審查
Band	%	0-5	血液學 / 何敏夫編著	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Metamyelocyte	%	0%	血液學 / 何敏夫編著	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Myelocyte	%	0%	血液學 / 何敏夫編著	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Promyelocyte	%	0%	血液學 / 何敏夫編著	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Blast	%	0%	血液學 / 何敏夫編著	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
BT	min	1-3	血液學 / 何敏夫編著	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
CT	min	3-6	血液學 / 何敏夫編著	N/A	N/A	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
ESR	mm/30min	M:0-15	血液學 / 何敏夫編著	0-100	0-100	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
		F:0-20	血液學 / 何敏夫編著			<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
PT	Sec	8.0-12.0	(原廠)	7-180	7-100	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
APTT	Sec	23.9-35.5	(原廠)	15-180	15-150	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP

超出可報告範圍，必要時可與臨床醫師溝通，依討論結果處理，並於LIS備註欄呈現溝通內容

品質主管: 

實驗室主管: 

生物參考區間、臨床決策界限、AMR、CRR一覽表

檢驗項目	單位	生物參考區間	依據/來源	可分析範圍 (AMR)	可報告範圍 (CRR)	一致性審查
尿液葡萄糖	N/A	Negative	原廠	Negative-4+	Negative-4+	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Glucose						
尿液蛋白質	N/A	Negative	原廠	Negative-4+	Negative-4+	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Protein						
尿液膽紅素	N/A	Negative	原廠	Negative-3+	Negative-3+	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Bilirubin						
尿液尿膽素原	N/A	Normal	原廠	Normal-4+	Normal-4+	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Urobilinogen						
尿液pH值	N/A	5.0-8.0	原廠	5.0-9.0	5.0-9.0	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
尿液潛血	N/A	Negative	原廠	Negative-3+	Negative-3+	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Blood						
尿液酮體	N/A	Negative	原廠	Negative-3+	Negative-3+	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Ketones						
尿液亞硝酸鹽	N/A	Negative	原廠	Negative-1+	Negative-1+	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Nitrite						
尿液白血球	N/A	Negative	原廠	Negative-3+	Negative-3+	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Leukocytes						
尿液比重	N/A	1.003-1.035	原廠	1.000-1.050	<1.000->1.050	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Specific gravity						
肌酐酸	mg/ d L	N/A	原廠	10-300mg/d L	<10->300	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Creatinine						
白蛋白	mg/ d L	10-30mg/L	原廠	10-150mg/L	<10->150	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
Alumin						
Urine sediments	HPF	WBC: 0-5	醫檢學會尿沉渣指引 (2015年版)	0-≥100/HPF	0-≥100/HPF	<input type="checkbox"/> LIS <input type="checkbox"/> 採檢手冊 <input type="checkbox"/> SOP
	HPF	RBC: 0-2		0-≥100/HPF	0-≥100/HPF	
	HPF	EC: 0-5		0-≥100/HPF	0-≥100/HPF	
	LPF	CAST:Not Found		Not Found-≥100/LPF	Not Found-≥100/LPF	

生物參考區間、臨床決策界限、AMR、CRR一覽表

檢驗項目	單位	生物參考區間	依據/來源	可分析範圍 (AMR)	可報告範圍 (CRR)	一致性審查
	HPF	Crystal: Not Found		Not Found-3+/HPF	Not Found-3+/HPF	
	HPF	BACT:Negative		Not Found-3+/HPF	Not Found-3+/HPF	

超出可報告範圍，必要時可與臨床醫師溝通，依討論結果處理，並於LIS備註欄呈現溝通內容

品質主管:

張雅璿

實驗室主管:

張保欽